



Znak: AE/ZP-27-27/19

Tarnów, 2019-05-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 5 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy przez „wizjer kontrolujący wkłucie do łożyska żylnego wyraźnie zaznaczony” Zamawiający rozumie zamkniętą przezroczystą komorę, która po wkłuciu do żyły wypełnia się krwią na długości minimum 0,5 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 7 Załącznika Nr 5 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyt systemowy z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym spełniał te same parametry, jakich wymaga w przypadku igieł z wbudowaną osłonką, tzn. gwarantował możliwość uruchomienia osłonki ruchem 1 ręki, sygnał dźwiękowy informujący o prawidłowym zabezpieczeniu igły oraz ustawienia osłonki w jednej linii z ostrzem igły?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 8 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia w powiązaniu z poz. 3 Formularza Cenowego.** Prosimy o dopuszczenie próbki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2.0 ml z 4-miesięcznym okresem ważności.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający wymaga wewnętrzzlaboratoryjnej kontroli jakości metody pomiaru OB z zastosowaniem krwi kontrolnej metrykowanej tzn. z podanymi zakresami podstawowych parametrów kontrolnych: X (średnia wartość), SD (odchylenie standardowe), CV% (współczynnik zmienności) dla oferowanych poziomów kontrolnych?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Prosimy o potwierdzenie, czy materiał kontrolny wymagany w punkcie 17 ma służyć do kalibracji aparatu. Jeśli tak – prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym kalibracja aparatu wykonywana jest automatycznie, codziennie, bez użycia dodatkowych materiałów i dokumentowana automatycznym wydrukiem, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta aparatu.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 18 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia aparatu w manualny statyw pomiarowy, zwalidowany do stosowania na aparacie jako back up, jeśli Wykonawca zapewni w dniu wystąpienia awarii aparat zastępczy o tych samych parametrach?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1, pkt. 18 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Wymagania dla przedmiotu zamówienia.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 6, czy Wykonawca może zaoferować back up do aparatu podstawowego w postaci czytnika zwalidowanego do odczytu OB tą samą metodą pomiarową, co aparat podstawowy z zastosowaniem tych samych próbek próżniowych stosowanych do aparatu podstawowego?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pozycji nr 1 na trzy odrębne wiersze oraz dokonanie wyceny w zależności od pojemności próbek:
1a - Probówki do analizy surowicy z aktywatorem krzepnięcia, pojemność 2 ml (13 x 75 mm)
1b – probówki do analizy surowicy z aktywatorem krzepnięcia pojemność 4 ml (13 x 75 mm)
1c – probówki z aktywatorem krzepnięcia pojemność 5,5 (13x75 mm) lub 6 ml (13x100 mm)
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy określić wymagane ilości próbek danej objętości.

9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pozycji nr 2 na dwa odrębne wiersze oraz dokonanie wyceny w zależności od pojemności probówek:
2a - Probówki do analizy morfologii z EDTA-K2, pojemność 2 ml (13 x 75 mm) oraz z EDTA-K3 pojemność 2 ml
2b- Probówki do analizy morfologii z EDTA-K2, pojemność 3 ml (13 x 75 mm) oraz z EDTA-K3 pojemność 3 ml
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy określić wymagane ilości probówek danej objętości.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pozycji nr 3 na dwa odrębne wiersze oraz dokonanie wyceny w zależności od pojemności probówek:
3a - Probówki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2,0 ml (13 x 75 mm)
3b - Probówki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 2,7-3,0 ml (13 x 75 mm)?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy określić wymagane ilości probówek danej objętości.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie probówki do analizy hormonów z inhibitorem proteolizy (aprotynina) o pojemności 3 ml (13x75mm).
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 5 probówki do analizy glukozy z inhibitorem glikolizy z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, o pojemności 2 ml (13 x 75 mm), dedykowane zarówno do analizy glukozy jak i do oznaczania poziomu mleczanów we krwi lub probówki z fluorkiem sodu i EDTA, pojemności 2 ml (13x75 mm)?
13. **Dotyczy Formularza Cenowego.** Czy w przypadku, gdy po przeliczeniu zapotrzebowania przez wielkość opakowania Wykonawca otrzyma ilość opakowań, która nie będzie liczbą całkowitą, Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ilości opakowań w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Przez wymagania określone dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** określone w **pkt 5 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia** Zamawiający rozumie dokładnie to co zapisał, tj. wymaga wizjera kontrolującego wkłucie do łożyska żylnego, wyraźnie zaznaczonego, o długości nie mniejszej niż 0,5 cm. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby był to wizjer opisany w pytaniu.

Ad 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** igieł z wbudowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem lub zaoferowania igieł i uchwytów systemowych z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym, w obu przypadkach spełniających wymagania dla nich odpowiednio określone w **pkt 7 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia**.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** probówki do analizy koagulologicznej z cytrynianem sodu 3,2%, pojemność 1,8-2,0 ml z 4-miesięcznym okresem ważności.

Ad 4 Zamawiający nie wymaga spełniania parametru, o którym mowa w pytaniu, ponieważ nie określił takiego wymagania w SIWZ.

Ad 5 Wymagania dotyczące materiału kontrolnego do aparatu zaoferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** Zamawiający określił w **pkt. 17 Załącznika Nr 5 Wymagania dla przedmiotu zamówienia** i nie wprowadza w tym zakresie zmian. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym kalibracja aparatu wykonywana jest automatycznie, codziennie, bez użycia dodatkowych materiałów i dokumentowana automatycznym wydrukiem, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta aparatu.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** aparatu, który nie jest wyposażony w manualny statyw pomiarowy zwalidowany do stosowania w aparacie jako back up, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni w dniu wystąpienia awarii aparat zastępczy o tych samych parametrach.

Ad 7 W związku z treścią odpowiedzi w **Ad 6** Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytanie nr 7.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgodny na rozdzielenie **poz. 1** w **Pakiecie Nr 1** na trzy odrębne wiersze oraz dokonanie wyceny w zależności od pojemności probówek.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgodny na rozdzielenie **poz. 2** w **Pakiecie Nr 1** na dwa odrębne wiersze oraz dokonanie wyceny w zależności od pojemności probówek.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgodny na rozdzielenie **poz. 3 w Pakiecie Nr 1** na dwa odrębne wiersze oraz dokonanie wyceny w zależności od pojemności probówek.

Ad 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** probówki do analizy hormonów z inhibitorem proteolizy (aprotynina) o pojemności 3 ml (13x75mm), pod warunkiem spełniania również pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** probówki do analizy glukozy z inhibitorem glikolizy z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, o pojemności 2 ml (13 x 75 mm), dedykowane zarówno do analizy glukozy jak i do oznaczania poziomu mleczanów we krwi lub probówki z fluorkiem sodu i EDTA, pojemności 2 ml (13x75 mm).

Ad 13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a