



Znak: AE/ZP-27-32/19

Tarnów, 2019-06-06

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. worków stomijnych, kaniuli, portów centralnych tytanowych), kompresów termicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowego leczenia ran, gazików do dezynfekcji oraz preparatu wspomagającego leczenie ran

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1.Dotyczy Pakietu Nr 7– Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszywania portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady. Waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 7,2Fr lub 9,5Fr – standardowy, waga portu 5,0g, wysokość portu 10,1 mm, średnica membrany 10,5mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 6,5Fr lub 7,2Fr – niskoprofilowy, waga portu 2,9g, wysokość portu 8,7 mm, średnica membrany 8,0mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 5,0Fr lub 6,5Fr – port mini. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.

2.Dotyczy Pakietu Nr 4, poz.1 - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w pozycji – obecnie ten produkt (kerlix) nie jest dostępny na rynku polskim.

3.Dotyczy Rozdziału IV SIWZ, pkt. 1.4.1.4 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do Pakietu 4. Pragnę zauważyć, że Zamawiający używa tych wyrobów od dłuższego czasu i zna jakość w/w produktów. Ponadto w kryterium oceny Zamawiający bierze pod uwagę cenę oraz termin wymiany reklamowanego towaru, a nie jakość produktów. Dodatkowo wymagana ilość opatrunków przez Zamawiającego jest zbyt mała – w niektórych pozycjach Zamawiający wymaga próbek stanowiących 100% zamawianej ilości. Nie wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu próbek w Pakiecie 4 będzie skutkowało podniesieniem cen opatrunków.

4.Dotyczy Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający dopuści gazik złożony jednokrotnie (dwie warstwy włókniny) - po rozłożeniu w rozmiarze 3,5cm x 6,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

5.Dotyczy Pakietu Nr 10 - Czy Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

6.Dotyczy Pakietu Nr 10 - Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 4 poz. 1.

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w pkt. IV 1.4.1.4 SIWZ.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 gazika opisanego w pytaniu.

Ad.5

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 1 i 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.6

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga, aby wraz z ofertą została złożona instrukcja użytkowania zaoferowanych produktów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a