



Znak: AE/ZP-27-32/19

Tarnów, 2019-06-10

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. worków stomijnych, kaniuli, portów centralnych tytanowych), kompresów termicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowego leczenia ran, gazików do dezynfekcji oraz preparatu wspomagającego leczenie ran

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści gazik suchy + mokry złożony czterokrotnie z 8 warstw włókniny?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści gazik suchy + mokry w rozmiarze po rozłożeniu 160mm x 100mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści igły do penów pakowane po 100szt. z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści gazik suchy-mokry pakowany po 25szt. z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?
5. **Dotyczy Rozdziału IV SIWZ, pkt. 1.4.1.4** -Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości wymaganych próbek, które należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 9 Formularza cenowego** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę, a tym samym usunięcie pozostałych?
7. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki Umowy, pkt. 12-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację punktu 12: „W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winnym Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
8. **Czy Zamawiający** wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.
9. **Dotyczy Pakietu nr 7** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie portów naczyniowych w całości wykonanych z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu o budowie elipsoidalnej wymuszającej przepływ styczny przepływ w obrębie komory co zmniejsza ryzyko powstawania przysięciennych skrzeplin. Komora o objętości 0,5 ml (port standardowy), 0,3 ml (port niskoprofilowy).
Porty standardowe - dostępne cewniki silikonowe w rozmiarze 8F i 9,6 Fr , cewniki poliuretanowe w rozmiarze: 6,6, 7,5, 9,0 Fr;
Porty niskoprofilowe – dostępne cewniki silikonowe w rozmiarze 8,0Fr, cewniki poliuretanowe w rozmiarze: 5,0, 6,6, 7,5, 9,0 Fr;
Kompletny zestaw wprowadzający zawierający: port, cewnik, 1 szt. niskooporowa strzykawka 10ml, igła do nakłucia żyły 18G, tępą igłę Hubera bez motylka i drenu, kompatybilna ze środowiskiem MRI rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tępo zakończony tunelizator , mechanizm mocujący cewnik z portem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej pod ciśnieniem do 300PSI. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, bez opaski, instrukcja użytkowania) w języku polskim.
10. **Dotyczy SIWZ Ogólne warunki Umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z pkt 12 do 5% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz.1** gazika opisanego w pytaniu.

Ad.2.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz.1** gazika opisanego w pytaniu.

Ad.3.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** 50 opakowań igieł do penów w opakowaniach po 100 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.4.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz.1** gazika pakowanego po 25 zestawów z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości tj. 160 opakowań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.5.

Zamawiający wymaga złożenia po 1 szt. próbki asortymentu ujętego w każdym wymienionym w **pkt. IV.1.4.1.4 SIWZ** pakiecie oraz pozycji.

Ad.6.

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w Formularzu cenowym tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach **Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”**.

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach **Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”**.

Ad.9.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7** portów naczyniowych opisanych w pytaniu.

Ad.10.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach **Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”**.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a