



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-44/19

Tarnów, 2019-08-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy endoprotez stawu ramiennego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymogu „możliwość łatwej konwersji na system protezy odwróconej”.
2. Czy zamawiający w części panewkowej endoprotezy dopuści panewkę antyalergiczną bezcementową wykonaną w technologii osteointegracji - Trabecular Metal z Tantanu?
3. Czy zamawiający w pozycji 4 glenosfera celem optymalizacji kosztów dopuści wycenę za komplet : czasza glenosfery, taca podstawy, dedykowana wkładka?
4. Czy zamawiający dopuści aby taca podstawna była wykonana ze stopu kobalt-chrom?
5. Czy zamawiający dopuszcza aby wkładka polietylenowa była wykonana z UHMWPE wzbogaconego o tokoferole (vit. E)- czynnik antyutleniający.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zapis w **Załączniku Nr 5 do SIWZ** „W ofercie możliwość łatwej konwersji na system protezy odwróconej” nie jest wymogiem, który musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia, a jedynie prośba o podanie informacji w tym zakresie.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 6 Formularza Cenowego** panewki antyalergicznego bezcementowej wykonanej w technologii osteointegracji - Trabecular Metal z Tantanu.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w **poz. 4 Formularza Cenowego** kompletu: czasza glenosfery, taca podstawy, dedykowana wkładka, w Formularzu Cenowym winna być podana cena każdego zaoferowanego elementu.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza aby taca podstawna zaoferowana w **poz. 4 Formularza Cenowego** była wykonana ze stopu kobalt-chrom.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza aby wkładka zaoferowana w **poz.: 6-8 Formularza Cenowego** była wykonana z UHMWPE wzbogaconego o tokoferole (vit. E)- czynnik antyutleniający.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma internetowa Zamawiającego
3. a/a