



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-48/19**

Tarnów, 2019-08-14

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 pkt 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów w opakowaniu po 100 sztuk?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 pkt 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów w opakowaniu po 100 sztuk?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 pkt 7 Załącznika Nr 5 do SIWZ.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o czasie odczytu wyniku po 10 minutach?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1**, zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 3 Załącznika Nr 5 - testów w opakowaniach nie większych niż 50 sztuk i podtrzymuje te wymagania.

**Ad 2** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 2**, zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 3 Załącznika Nr 5 - testów w opakowaniach nie większych niż 50 sztuk i podtrzymuje te wymagania.

**Ad 3** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 3**, zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 7 Załącznika Nr 5 - testów z możliwością uzyskania wyniku do 7 min i podtrzymuje te wymagania.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a