



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-48/19

Tarnów, 2019-08-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 pkt 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń, i tym samym zaoferowanie 8 takich opakowań?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów, które posiadają kontrolę pozytywną w postaci odrębnego nr katalogowego i są dołączone do każdego opakowania testów.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów, których odczyt odbywa się w czasie do 10 minut.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń i tym samym zaoferowanie 8 takich opakowań.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie testów, które posiadają kontrolę pozytywną w postaci odrębnego nr katalogowego i są dołączone do każdego opakowania testów.

Ad. 3

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 3 Załącznika Nr 5, zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 7 Załącznika Nr 5 - testów z możliwością uzyskania wyniku do 7 min i podtrzymuje te wymagania.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania do SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a