



Znak: AE/ZP-27-52/19

Tarnów, 2019-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści by przyrząd dołączony był do 200 testów?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4 i 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów nieposiadających napisów w języku polskim. Wszelkie istotne informacje zawarte są na teście za pomocą powszechnie znanych piktogramów, a ponadto Wykonawca dostarczy do każdego opakowania instrukcję w języku polskim
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści testy nieposiadające powierzchni samoprzylepnej?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Wnosimy o odstąpienie od wymogu poświadczenia zgodności testów do kontroli dezynfekcji z normą PN-EN ISO 15883-2.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie testów białkowych do oddzielnego pakietu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 4 poz. 3** do oddzielnego pakietu.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** testów kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD i testem klasy 5 o czasie działania od 5 minut, w których przyrząd (rurka) dołączona jest na 200 testów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** testów zintegrowanych klasy V z ruchomą substancją wskaźnikową opisanych w pytaniu.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 4 i 5** testów nieposiadających napisów w języku polskim.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów nieposiadających powierzchni samoprzylepnej.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** również testów dla których brak poświadczenia zgodności z normą PN-EN ISO 15883-2.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz. 6** do oddzielnego pakietu (w **Pakiecie Nr 6** jest tylko 6 pozycji, testy wykrywające pozostałości białkowe na narzędziach po procesie mycia i dezynfekcji zostały ujęte w **poz. 6**).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a