



Znak: AE/ZP-27-52/19

Tarnów, 2019-10-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający opis SIWZ o wymiarach jedynie nieznacznie różniących się od pierwotnie wymaganych, tj. 10cmx4,6 cm w sytuacji jeśli wraz z testami Wykonawca dołączy nieodpłatnie uchwyt ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku do ww. testów.
2. **Dotyczy zapisów SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
3. **Dotyczy zapisów SIWZ.** Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w dwóch kolorach zielony/niebieski pakowanej osobno nie naprzemiennie
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający ma na myśli testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający wymaga, aby test był samoklejący?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5.** Czy Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga nadruku na rękawie potwierdzającego spełnianie normy 868-5 i 11607-1, 2?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga rękawów pakowanych w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga terminu ważności 5 lat od daty produkcji?

17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11.** Czy Zamawiający wymaga by rękaw posiadał piktogram przekreślonej paczki - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony"?
18. **Dotyczy Pakietu Nr poz. 12-19** Czy Zamawiający wymaga, aby papier był certyfikowany przez niezależną jednostkę?
19. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
20. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12-19.** Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga bariery sterylności na poziomie 99,9% dla dwóch warstw papieru?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuści również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz.3** wskaźników spełniających wymagania określone w SIWZ o wymiarach 10cm x 4,6 cm, pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu wliczonego w cenę oferty uchwytu ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku do ww. wskaźników.

Ad 2 Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.IV.1.3 SIWZ oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Ad 3 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostaw materiałów do sterylizacji, będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniał wymagania określone w SIWZ.

Ad 4 Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawów z minimum dwoma wskaźnikami procesu sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, określonymi (napisem) kolor testu przed i po sterylizacji, na wskaźniku lub obok niego nadrukowany symbol metody sterylizacji.

Ad 5-6 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawów spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** włókniny w dwóch kolorach zielony/niebieski pakowanej osobno, Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** włókniny sterylizacyjnej przekładanej naprzemiennie w dwóch kolorach.

Ad 8 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** taśmy wskaźnikowej do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu spełniającej wymagania określone w SIWZ.

Ad 9-10 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** nietoksycznych wskaźników wieloparametrowych do kontroli sterylizacji parą wodną spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad 11 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 4** zintegrowanych testów chemicznych klasy V z ruchomą substancją wskaźnikową spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad 12 Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów kontroli poprawności dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach w formie samoprzylepnej.

Ad 13 Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 5** testów kontroli poprawności dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach z napisami na teście w języku polskim.

Ad 14-17 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-11** rękawów do sterylizacji spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad 18 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 12-19** papierów do sterylizacji spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad 19 Zamawiający nie posługuje się w Ogólnych warunkach umowy pkt XIV SIWZ dniami roboczymi tylko kalendarzowymi i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad 20 Zamawiający zasady zmiany cen brutto i netto określił w pkt XIV SIWZ i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad 21 Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12-19** papierów do sterylizacji z barierą sterylności na poziomie 99.9%. Zachowanie bariery sterylności przez min. 180 dni.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843 z póź.zm), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 6 w pozycji 1 w kolumnie „Wyszczególnienie” zapis o treści:

„Test kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD i testem klasy 5 o czasie działania od 7 minut”

zmienia na zapis o treści:

„Test kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD i testem klasy 5 lub 6 o czasie działania od 7 minut”

2/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 6 w pozycji 2 w kolumnie „Wyszczególnienie” zapis o treści:

„Test kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD i testem klasy 5 o czasie działania od 5 minut”

zmienia na zapis o treści:

„Test kontroli wsadu typu Helix z rurką PCD i testem klasy 5 lub 6 o czasie działania od 5 minut”

W związku z wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 17.10.2019r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 17.10.2019r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, Załączniku Nr 1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a