



Znak: AE/ZP-27-54/19

Tarnów, 2019-10-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, przewodnic przelykowych, zestawów do opaskowania żyłaków przelyku, zatyczek do kanału zaworu biopsyjnego bronchofiberoskopu, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cotton śr. 5-7-8.4 i 5-7-9.6, dł. 195 cm, akceptuje przewodnik 0,035.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodnic przelykowych typu Savary-Gillard jednorazowego użytku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** również opisanych w pytaniu poszerzadeł ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cotton, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** również przewodnic przelykowych typu Savary-Gillard jednorazowego użytku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a