



Znak: AE/ZP-27-60/19

Tarnów, 2019-10-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy testów do oznaczania: czynników reumatoidalnych, krwi utajonej w kale dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy udostępnienie wzoru umowy.** Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie na Państwa stronie internetowej wzoru umowy do postępowania nr AE/ZP-60/19
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który w opakowaniu zawiera 100 sztuk?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który w opakowaniu zawiera 100 sztuk?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który nie ma kontroli dodatkowej w zestawie i tym samym dopuści zaoferowanie kontroli dodatkowej jako oddzielnej pozycji?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który dopuszcza przechowywanie próbek w temperaturze 2-8 stopni C nie dłużej niż przez 7 dni?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów, w których czułość wynosi 97,3%, swoistość 98,4%?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie testów, w których wynik odczytuje się dokładnie po upływie 10 minut?
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV. 10 a) i b).** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości netto niezrealizowanej dostawy?
9. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV. 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej umowy?
10. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.10 a) i b), 11.** W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.
11. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
12. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.** Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
13. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
14. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.** Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
15. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?
16. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.** Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

17. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.** Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści test o czułości 98 % i swoistości 98,7 % w którym pobraną próbkę można przechowywać przez 3 dni temperaturze 2-8 °C, z możliwością długotrwałego przechowywania próbki w temperaturze poniżej -20°C, nie dający krzyżowych reakcji z: hemoglobina bydlęca, hemoglobina drobiowa, hemoglobina wieprzowa, hemoglobina kozia, hemoglobina końska, hemoglobina królicza i hemoglobina indycza?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści dostarczenie kontroli pozytywnej jako dodatkowy element, nie wyszczególniony w zestawie podstawowym?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Ogólne warunki umowy ujęte zostały w pkt XIV SIWZ i zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji postępowania.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** testu, który w opakowaniu zawiera 100 szt. i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** testu, który w opakowaniu zawiera 100 szt. i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** testu, który nie ma kontroli dodatkowej w zestawie i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** testu, który dopuszcza przechowywanie próbek w temperaturze 2-8 stopni C nie dłużej niż przez 7 dni i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** testów, których czułość wynosi 97,3%, swoistość 98,4% i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** testów, w których wynik odczytuje się dokładnie po upływie 10 minut i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych od wartości netto niezrealizowanej dostawy i podtrzymuje w tym zakresie zapisy pkt XIV.10 SIWZ.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej umowy i podtrzymuje w tym zakresie zapisy pkt XIV. 11 SIWZ.

Ad 10 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT i podtrzymuje w tym zakresie zapisy pkt XIV.6 SIWZ

Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki VAT nawet w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto. Zgoda na powyższą zmianę oznaczała by zgodę na odstąpienie od wymogu oferowania wyrobu medycznego.

Ad 13 i 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie nowych, zaproponowanych przez Wykonawcę zapisów w Ogólnych warunkach umowy pkt XIV SIWZ.

Ad 14 Dopuszczalne okoliczności aneksowania umowy Zamawiający określił w pkt XIV.24 SIWZ i nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.

Ad 15 i 17 Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania zamiennika w okolicznościach określonych w pkt XIV.24 c), d), i), j) SIWZ, natomiast w pkt XIV.24 e), f), g) SIWZ określają okoliczności zmiany: numerów katalogowych, nazwy handlowej wielkości opakowania.

Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** testów opisanych w pytaniu, zaoferowane testy winny spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** testów z kontrolą pozytywną jako dodatkowy element, nie wyszczególniony w zestawie podstawowym i podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a