



Znak: AE/ZP-27-61/19

Tarnów, 2019-11-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.** Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 4 pozycję 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.: 2, 3, 4.** Prosimy o dopuszczenie masek wielorazowego użytku z pompowanym mankietem z możliwością dopełniania oraz przezroczystą kopułą, rozmiary 5 (dla dorosłych), 3/4 (dla małych dorosłych), 2 (dla dużych dzieci)
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6.** Prosimy o dopuszczenie worka samorozprężalnego o objętości 200-250 ml, spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia, wyposażonego w wielorazowy rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml, wykonany z polieterosulfonu/ poliuretanu termoplastycznego.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 33 laryngoskopy, które można sterylizować w autoklawie (134 ° C/ 5 min), z gwarancją wynoszącą 4000 cykli sterylizacji?, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników HF o długościach 15 cm i 20 cm, posiadających na ramionach informację tylko o średnicy kanałów. Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-1.6.** Czy zamawiający dopuści maski twarzowe posiadające standardowy mankiet, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6.** Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny bez uchwytu, wyposażony w zawór bezpieczeństwa, nie przekraczający 40 cm H2O, korpus zaworu pacjenta wykonany z PC. Worek wyposażony w wielorazowy rezerwuar tlenu o objętości 1600ml wykonany z EVA/PP. Cały aparat można sterylizować w autoklawie za wyjątkiem rezerwuaru. Worek wraz z maską twarzą o standardowym mankiecie, nr 1, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 7.** Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny bez uchwytu, wyposażony w zawór bezpieczeństwa, nie przekraczający 40 cm H2O, korpus zaworu pacjenta wykonany z PC. Worek wyposażony w wielorazowy rezerwuar tlenu o objętości 1600ml wykonany z EVA/PP. Cały aparat można sterylizować w autoklawie za wyjątkiem rezerwuaru. Worek wraz z maską twarzą o standardowym mankiecie, nr 2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8.** Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny bez uchwytu, wyposażony w zawór bezpieczeństwa, nie przekraczający 60 cm H2O, korpus zaworu pacjenta wykonany z PC. Worek wyposażony w wielorazowy rezerwuar tlenu wykonany z EVA/PP. Cały aparat można sterylizować w autoklawie za wyjątkiem rezerwuaru. Worek wraz z maską twarzą o standardowym mankiecie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści Laryngoskop światłowodowy z możliwością wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 134 stopni C przez 30 min, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści Laryngoskop światłowodowy z możliwością wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 134 stopni C przez 30 min, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy zamawiający dopuści Laryngoskop światłowodowy pediatryczny z możliwością wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 134 stopni C przez 30 min, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

13. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści samoprzylepne elektrody w rozmiarze 50 mm x 89 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 280 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 0,1.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 550 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 2,3.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 8.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora, silikonowego o objętości worka 1700 ml, wyposażony w zawór bezpieczeństwa nie przekraczający 40 cmH₂O, z możliwością podłączenia zaworu PEEP, złącze pacjenta zewnętrzne 22 mm, wewnętrzne 15 mm. Worek wyposażony w rezerwuuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Resuscytator z możliwością rozmontowania do mycia i sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. W zestawie dwie maski wielorazowego użytku w rozmiarach: 4, 5.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 4 poz.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8** w celu utworzenia nowego Pakietu.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 w poz. 2-4** masek wielorazowego użytku z pompowanym mankietem z możliwością dopełnienia oraz przezroczystą kopułą w rozmiarach: w poz. 2 – rozmiar 5 (dla dorosłych), w poz. 3 – rozmiar 3/4 (dla małych dorosłych), w poz. 4 – rozmiar 2 (dla dużych dzieci).

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 6** worka samorozprężalnego o objętości 200-250 ml, wyposażonego w wielorazowy rezerwuuar tlenu o objętości 1500 ml, wykonanego z polieterosulfonu/poliuretanu termoplastycznego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 4 Ze względów technicznych, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** (w tym Pakiecie Zamawiający ujął laryngoskopy) laryngoskopów, które można sterylizować w autoklawie (134 ° C/ 5 min).

Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** cewników HF o długościach 15 cm i 20 cm, posiadających na ramionach informację tylko o średnicy kanałów.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1.1 – 1.6** masek z mankietem innym niż opisany w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ)..

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 6** worka samorozprężalnego opisanego w pytaniu.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 7** worka samorozprężalnego opisanego w pytaniu.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 8** worka samorozprężalnego opisanego w pytaniu.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** laryngoskopu światłowodowego z możliwością wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 134 stopni C przez 30 min.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** łyżek do laryngoskopu (w poz. 2 Zamawiający ujął łyżki do laryngoskopu, a nie laryngoskopy) światłowodowego z możliwością wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 134 stopni C przez 30 min.

Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** laryngoskopu światłowodowego pediatrycznego z możliwością wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 134 stopni C przez 30 min.

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** elektrod samoprzylepnych w rozmiarze 50 mm x 89 mm do urządzenia Ells TENS do uśmierzania bólu porodowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 6** wielorazowego resuscytatora opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym możliwości mycia i sterylizacji w autoklawie całego aparatu łącznie z rezerwuarem tlenu.

Ad 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 7** wielorazowego resuscytatora opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym możliwości mycia i sterylizacji w autoklawie całego aparatu łącznie z rezerwuarem tlenu.

Ad 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 8** wielorazowego resuscytatora opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym możliwości mycia i sterylizacji w autoklawie całego aparatu łącznie z rezerwuarem tlenu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a