



Znak: AE/ZP-27-62/19

Tarnów, 2019-11-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: endoprotez pierwotnych bezcementowych stawu biodrowego z rozwinięciem rewizyjnym, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego systemu endoprotez biodra w zakresie Pakietu Nr 1:

Trzpień pierwotny bezcementowy bezkołnierzowy, tytanowy stożek 12/14 oferowany w 11 rozmiarach standard i 11 high offset oraz 11 rozmiarach z szyjką modularną, przekrój prostokątny, pokryty na całej długości hydroksyapatytem. Wersja dla pacjentów dysplastycznych modularna, typ trzpienia wagnerowski w rozmiarze od 13mm do 26mm, szyjka oferowana standard 135 stopni high offset 125 stopni w opcji krótkiej i długiej. Trzpień rewizyjny bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, pokryty na całej długości porowatym tytanem, bezkołnierzowy w 8 rozmiarach, stożek 12/14 bez nacięcia. Głowa metalowa 22 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm. Panewka tytanowa bezcementowa pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, z 3 fabrycznie zaślepionymi otworami oferowana w rozmiarze 42mm do 66mm. Panewka wykonana w technologii 3D z tytanowymi blaszkami, z trzema fabrycznie zaślepionymi otworami oferowana w rozm.44mm do 66mm, panewka wielootworowa wykonana w technologii 3D w rozmiarze 44 mm do 66 mm. Panewka rewizyjna multihole oferowana w rozmiarze 44 do 76mm wykonana z tytanu z otworami pod śruby korowe 6,5mm z możliwością wkręcenia w strop panewki, kość kulszową i łonową, bez otworów obwodowych, skok co 2 mm, umożliwiającą uzyskanie offsetu +5mm dzięki wkładowi typ spacer, wkład polietylenowy standard i z okapem +20 stopni. Wkładka typu dual mobility pod głowy polietylenowe 40 mm i 42 mm z możliwością pochylecia i lateralizacji +5 mm dzięki wkładowi typ spacer. Śruby korowe 6,5 mm długość od 15 mm do 70 mm pod wszystkie otwory w panewce.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** opisanej w pytaniu endoprotezy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a