



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-63/19

Tarnów, 2019-11-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy środków do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy w Pakiecie nr 1 – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5, zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy w pakiecie nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5, zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** opisanego w pytaniu środka do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów zapobiegającego osadzaniu się kamienia kotłowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** opisanego w pytaniu środka do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów zapobiegającego osadzaniu się kamienia kotłowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a