



Znak: AE/ZP-27-64/19

Tarnów, 2019-11-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO na dostawę zaklejarki do preparatów histologicznych 1 sztuka, stołu formalinowego do pobierania materiału histologicznego 1 sztuka oraz szafy formalinowej do przechowywania materiału histologicznego 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Rozdziału XIV „Ogólne warunki umowy”.** Prosimy o modyfikację zapisów w projekcie umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
2. **Dotyczy Rozdziału XIV „Ogólne warunki umowy”.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w pakiecie nr 2 do 15.01.2020 r., natomiast w pakietach 1 i 3 do 30.12.2019 r. Niniejsza prośba wynika z faktu, iż niektóre urządzenia muszą zostać wyprodukowane w dłuższym czasie niż standardowym, w szczególności istotny jest fakt, iż okres produkcji przypada na koniec roku, co wiąże się ze wzmożoną ilością zamówień po stronie producentów. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas niezależnych prosi o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.
4. **Dotyczy Załącznika 7.3 – szafa formalinowa, Punkt 7** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy formalinowej wyposażonej w 5 półek, z możliwością regulacji wysokości położenia półki.
5. **Dotyczy Załącznika 7.3 – szafa formalinowa, Punkt 10** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy o wymiarach 2000 x 1000 x 600 mm (wysokość, szerokość, głębokość)
6. **Dotyczy Załącznika 7.3 – szafa formalinowa, Punkt 9** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy Szafa ma być dostarczona wraz z filtrem formalinowym?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 7.1, 7.2, 7.3** Prosimy o dopuszczenie następującego rozwiązania:
Jest: „Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”
Prosimy o dopuszczenie następującej treści:
„Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”

8. **Dotyczy Pakietu Nr 7.1** Prosimy o dopuszczenie następującego rozwiązania:
Jest: „Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych”
Prosimy o dopuszczenie następującej treści:
„Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie Pakietu Nr 1, 2 i 3.

Ad 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafy formalinowej do przechowywania materiału histologicznego wyposażonej w 5 półek, z możliwością regulacji wysokości położenia półki.

Ad 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafy formalinowej do przechowywania materiału histologicznego o wymiarach 2000 x 1000 x 600 mm (wysokość, szerokość, głębokość).

Ad 6

Zamawiający informuje, iż szafa formalinowa do przechowywania materiału histologicznego winna być dostarczona wraz z uchwytem do montażu filtra formalinowego oraz filtrem formalinowym o wymiarach minimum 285,00 x 145,00 x 35,00 mm.

Ad 7

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.XIV.12 SIWZ – Ogólne warunki umowy zapis o treści:

„12. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„12. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

2/ W pkt.18 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” zapis o treści:

„Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”

3/ W pkt.31 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” zapis o treści:

„Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”

4/ W pkt.19 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” zapis o treści:

„Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli istnieje taka konieczność.”

Ad 8

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.19 Załącznika Nr 7.1 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” zapis o treści:

„Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.”

zmienia na zapis o treści:

„Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.7 i Ad.8, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 22.11.2019r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 22.11.2019r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.11, IX.1, X.1, XIV.12, Załączniku Nr 7.1, Załączniku Nr 7.2 i Załączniku Nr 7.3 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.1, Załącznik Nr 7.2 oraz Załącznik Nr 7.3 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a