



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-65/19

Tarnów, 2019-11-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13-14.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 13,14 z Pakietu 2 i utworzenie z nich odrębnego zadania.
2. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
3. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisu słowa „telefonicznie”?
4. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.12 a) i b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%?
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.12 b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości wadliwej części zamówionej partii towaru”?
6. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pipety zmiennie pojemnościowej o zakresie 0,5-10ul?
8. **Dotyczy terminu składania ofert.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o min. 2 dni robocze.
9. **Dotyczy Formularza Cenowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
10. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień?
11. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?
12. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
13. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.12 SIWZ.** Prosimy o modyfikację zapisów pkt 12 warunków umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.
14. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

15. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
16. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.13 SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania itp., dokonując złagodzenia ich rangi do 10%?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8-11.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu szkiełek mikroskopowych nakrywkowych i podstawowych, poz.: 8, 9, 10, 11.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, 2, 3 kasetki histopatologiczne (białe, niebieskie, pomarańczowe) z przykrywką (połączoną z kasetką bez zawiasów) z 56 otworami 1x5mm w podstawie i 62 otworami 1x5mm w przykrywce?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, 2, 3 kasetki histopatologiczne (białe, niebieskie, pomarańczowe) z przykrywką (połączoną z kasetką bez zawiasów) z 80 otworami o wymiarach 1,6 x 1,6mm w obu częściach kasetki?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4-5.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 4, 5 kasetki biopsyjne (białe, pomarańczowe) z przykrywką na zawiasie, ze specjalną komorą 20 x 17mm na materiał, wielkość otworków siateczki w komorze 0,35mm, poza komorą osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 kasetki biopsyjne białe z 168 otworami w podstawie i 164 otworami w przykrywce, wielkość otworów 1x1mm.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 żyłki wykonanych ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, o podwyższonym stopniu twardości, z dwoma otworami mocującymi o wymiarach 7,2 x 2,2 mm w odległości 20 mm od końców żyłki do osi otworów?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający wydzieli żyłki w poz. 2 do osobnego pakietu? Opisane żyłki produkuje wyłącznie jedna fabryka w Japonii Feather
24. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 żyłki wykonane ze stali nierdzewnej?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-2.** Czy Zamawiający wymaga aby pozycje 1 oraz 2 pochodziły od jednego producenta?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 poz. 13 i 14** i utworzenie z nich odrębnego zadania.

Ad 2-6, 12-16 Zamawiający nie wyraża na wprowadzanie zmian do Ogólnych warunków umowy, w spawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** pipety zmienno pojemnościowej o zakresie 0,5-10 ul.

Ad 8 Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni kalendarzowe tj. na dzień 21.11.2019r.

Ad 9 Zamawiający wymaga podania w Formularzu Cenowym ceny jednostkowej za opakowanie, a nie sztukę - właśnie w celu uniknięcia problemu podawania cen za sztukę z 4 miejscami po przecinku.

Ad 10 Zamawiający nie przewiduje możliwości, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień bez względu na to czy miałyby to dotyczyć okresów kwartalnych czy miesięcznych.

Ad 11 Zamawiający, ze względu na specyfikę działalności, nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie.

Ad 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 8-11** do osobnego pakietu.

Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-3** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-3** kasetek histopatologicznych opisanych w pytaniu.

Ad 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 4-5** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 6** kasetek biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** żyletek opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 23 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 10 poz. 2** do osobnego pakietu.

Ad 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 2** żyletek wykonanych ze stali nierdzewnej.

Ad 25 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 10 poz. 1-2** żyletki pochodziły od jednego producenta.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.8, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **21.11.2019 r. godz. 10:00**

- otwarcie ofert w dniu **21.11.2019 r. godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a