



Znak: AE/ZP-27-70/19

Tarnów, 2019-12-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: opakowań do sterylizacji oraz wskaźników do kontroli sterylizacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów nieposiadających napisów w języku polskim? Wszelkie istotne informacje zawarte są na teście za pomocą powszechnie znanych piktogramów, a ponadto wykonawca dostarczy do każdego opakowania instrukcję w języku polskim.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści testy nieposiadające powierzchni samoprzylepnej?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Wnosimy o odstąpienie od wymogu poświadczenia zgodności testów do kontroli dezynfekcji z normą PN-EN ISO 15883-2, gdyż norma ta dotyczy wyłącznie testów mycia. Normy stanowią katalog zamknięty i jasno określają do jakich produktów się odnoszą, a wymieniona przez Zamawiającego norma w żadnym razie nie odnosi się do testów do kontroli dezynfekcji.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści test o długości ok. 4,5 cm o odczycie na podstawie wyraźnej zmiany zabarwienia wskaźnika na kolor niebieski?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie 2 poz. 1** testów w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** testów zintegrowanych klasy V z ruchomą substancją wskaźnikową opisanych w pytaniu.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** testów nieposiadających napisów w języku polskim.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** testów nieposiadających powierzchni samoprzylepnej.

Ad 5 Zamawiający nie wymagał poświadczenia zgodności z normą PN-EN ISO 15883-2 testów do kontroli dezynfekcji oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 5**. Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 5 w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** Wykonawca winien zaoferować testy kontrolujące zgodność mycia i dezynfekcji z normą PN-EN ISO 15883-2 lub równoważną.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** testów opisanych w pytaniu.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.1843) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prostującą oczywistą omyłkę pisarską, w następujący sposób:

1/ w Formularzu Cenowym – Załączniku Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 1 w pozycji 3 w kolumnie „Wyszczególnienie” zapis o treści:

„Papier absorpcyjny do sterylizacji, rozmiar 300 mm x 400 -500mm”

zmienia na zapis o treści:

„Papier absorpcyjny do sterylizacji, rozmiar 270-300 mm x 400 -500mm”,

co jest zgodne z zapisem zawartym w Załączniku Nr 5 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 poz.3.

W załączeniu Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a