



Znak: AE/ZP-27-70/19

Tarnów, 2019-12-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: opakowań do sterylizacji oraz wskaźników do kontroli sterylizacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 - Załącznik Nr 5.** Czy Zamawiający wymaga, aby każda wymazówka była oddzielnie, sterylnie zapakowana, w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia jej już przed pobraniem próby?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 - Załącznik Nr 5.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga testu do zastosowania w obszarze medycznym, tym samym nie dopuszcza rozwiązań zalecanych przez producenta wyłącznie w obszarze spożywczym?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 - Załącznik Nr 5.** Czy Zamawiający wymaga testu o najwyższym progu wykrywalności pozostałości białkowych na poziomie 1µg? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie minimalnego progu wykrywalności jaki wymaga Zamawiający?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6 - Załącznik Nr 5.** Czy Zamawiający wymaga testu, który wskaże prawidłowy wynik już po czasie do 10 sekund? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie maksymalnego czasu reakcji testu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie 2 poz. 6** wymazówek oddzielnie, sterylnie zapakowanych, wymaga zaoferowania testów spełniających wymagania określone SIWZ.

Ad 2-4 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 6** testów wykrywających pozostałości białkowe na narzędziach po procesie mycia i dezynfekcji spełniających wymagania określone w SIWZ, w tym wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a