



Znak: AE/ZP-27-74/19

Tarnów, 2019-12-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 23.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie i utworzenie osobnego pakietu z następujących pozycji w Pakiecie nr 3: poz. nr 5, poz. nr 10, poz. nr 11, poz. nr 17, poz. nr 18, poz. nr 20, poz. nr 22 oraz poz. nr 23.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwety sterylnej operacyjnej w rozmiarze 150 x 180 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwety sterylnej operacyjnej w rozmiarze 150 x 240 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości obłożenia uniwersalnego, zgodnego z poniższym opisem:
Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.
Skład :
 - 1 osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm
 - 1 górna samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm
 - 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 170x180cm
 - 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm
 - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
 - 4 ręczniki 30x40cmCałość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwety sterylnej operacyjnej 50 x 60 cm z przylepnym otworem 7 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu do chirurgii biodra, zgodnego z poniższym opisem: Jałowy zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace

o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm)
- 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm
- 1 serweta o wym. 150x150cm
- 1 serweta o wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu do artroskopii kolana, zgodnego z poniższym opisem:

Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu do cesarskiego cięcia, zgodnego z poniższym opisem:

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia III (pozycja leżąca) – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, z przylepnym oknem 38x38 cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

9. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu uniwersalnego, zgodnego z poniższym opisem:

OPERO®SET Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 170x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

10. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości zestawu do zabiegów ginekologicznych, zgodnego z poniższym opisem:

Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych II M₂ - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 serweta główna o wym. 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem krocowym 9x12 cm oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym
- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm,
- 1 serweta pod pośladki o wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 1 ręcznik 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu

zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 21.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji serwety sterylnej z otworem 6 x 8 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
12. **Dotyczy pkt XIV.9 SIWZ Ogólne warunki mowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 9 SIWZ poprzez dodanie do jego treści in fine: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
13. **Dotyczy pkt XIV.15 SIWZ Ogólne warunki mowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 15 SIWZ poprzez zmniejszenie wysokości przewidzianej w nim kary umownej do 10%.
14. **Dotyczy pkt XIV.18 SIWZ Ogólne warunki mowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 18 SIWZ poprzez dookreślenie częstotliwości (poprzez wskazanie ilości przypadków) niewypełniania warunków umowy.
15. **Dotyczy pkt XIV.22 SIWZ Ogólne warunki mowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 22 SIWZ poprzez dookreślenie zakresu „zmiany wielkości zapotrzebowania”
16. **Dotyczy pkt XIV.26 SIWZ Ogólne warunki mowy.** Wnosimy o usunięcie z rozdziału XIV pkt 26 SIWZ jako sprzecznego zapisami art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
17. **Dotyczy pkt XIV.28 SIWZ Ogólne warunki mowy.** Wnosimy o dodanie do rozdziału XIV pkt 28 SIWZ lit. k) o następującej treści: „w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”
18. **Dotyczy pkt XIV.30 SIWZ Ogólne warunki mowy.** Wnosimy o modyfikację rozdziału XIV pkt 30 SIWZ poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ, w szczególności wynikających ze zmiany stawki podatku VAT.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie **Pakietu 3 poz. 5 poz.: 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 23** i utworzenie z nich osobnego Pakietu.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** serwety operacyjnej w rozmiarze 150 cm x 180 cm.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** serwety operacyjnej w rozmiarze 150x 240 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** obłożenia uniwersalnego opisanego w pytaniu.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** serwety sterylnej o wymiarach 50x60 cm z przylepnym otworem 7 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 12** zestawu do chirurgii biodra opisanego w pytaniu.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 13** zestawu do artroskopii kolana opisanego w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 14** zestawu do cesarskiego cięcia opisanego w pytaniu.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 15** zestawu uniwersalnego opisanego w pytaniu.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 16** zestawu do zabiegów ginekologicznych opisanego w pytaniu.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 21** serwety sterylnej z otworem 6 x 8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 12-18 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniach zmian w punkcie XIV SIWZ Ogólnych warunki umowy, nie wyraża również zgody na dodanie nowych zapisów

w tym punkcie SIWZ. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

