



Znak: AE/ZP-27-74/19

Tarnów, 2019-12-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy można zaoferować fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x240cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m²? Czy zamawiający wymaga aby obłożenie uniwersalne było chłonne na całej powierzchni serwet operacyjnych?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:
 - 1 ręcznik 30 cm x 40 cm
 - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
 - 1 serweta do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm, ze zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego. Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną, cały zestaw zapakowany w serwetę 80cm x 100 cm stanowiącą owinięcie zestawu, z serwetą nieprzemakalną 100x150cm pakowaną oddzielnie?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 38x45cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca foliowego na przewody w rozmiarze 13x250cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 11.** Czy można zaoferować pokrowiec foliowy w rozmiarach 90x225cm złożony w sposób umożliwiający szybką aplikację w warunkach bloku operacyjnego z taśmami do mocowania?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:
 - 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
 - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
 - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
 - 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
 - 1 serweta operacyjna wzmocniona w strefie krytycznej samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

- 1 serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm.
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
 - 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
 - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
 - 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej.
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m²?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 12, 13.** Czy zamawiający wymaga aby serwety operacyjne w obrębie pola operacyjnego posiadały dodatkowe łaty chłonne ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
 - 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyny z kształtkami usztywniającymi brzeg oraz zawór do podłączenia drenu
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Ekran anestezyjologiczny wykonany z folii polietylenowej. Materiał obłożenia spełnia normę PN EN 13795.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego o z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m²? Czy zamawiający dopuszcza aby sterylna taśma samoprzylepna była pakowana osobno niż pozostałe elementy zestawu? Czy zamawiający wymaga aby obłożenie uniwersalne było chłonne na całej powierzchni serwet operacyjnych?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
 - 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

15. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17.** Czy zamawiający wymaga aby serweta operacyjna z wycięciem 20 x 20 cm posiadała dodatkowa łatę chłonną?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej przezroczystej osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 23.** Czy Zamawiający wymaga aby worek na płyny w kształcie stożka posiadał sztywnik, co umożliwia jego swobodne modelowanie.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 1** również fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 2** również serwety w rozmiarze 150 x 240 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 4** również sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. Zamawiający wymaga aby sterylne obłożenie uniwersalne zaoferowane w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** spełniało wymagania określone w SIWZ

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 5** również opisanego w pytaniu zestawu do angiografii z serwetą nieprzemakalną 100x150cm pakowaną oddzielnie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 7** również serwety z otworem o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 9** również serwety w rozmiarze 38 x 45 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 10** również pokrowca foliowego na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 11** również pokrowca foliowego w rozmiarach 90x225cm złożonego w sposób umożliwiający szybką aplikację w warunkach bloku operacyjnego z taśmami do mocowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 12** również opisanego w pytaniu sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 13** również opisanego w pytaniu sterylnego zestawu do artroskopii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 11 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 12** sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego, a w **poz. 13** sterylnego zestawu do artroskopii spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 14** również opisanego w pytaniu sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 15** również sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m², w którym sterylna taśma samoprzylepna jest pakowana osobno niż pozostałe elementy zestawu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. Zamawiający wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 3 pozycji 15** sterylne obłożenie uniwersalne spełniało wymagania określone w SIWZ.

Ad 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 16** również opisanego w pytaniu sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 15 Zamawiający wymaga aby zaoferowana w **Pakiecie Nr 3 pozycji 17** w zestawie serweta operacyjna z wycięciem 20 x 20 cm spełniała wymagania określone w SIWZ.

Ad 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 18** sterylnej przezroczystej osłony do aparatu o średnicy 90 cm w stanie rozciągniętym, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, wysokość 15 cm, jest z gumką ściągającą, która

umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na niej gdy po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury, a ponadto spełniania pozostałe wymagania SIWZ.
Ad 17 Zamawiający wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 23** serwety pod pośladki spełniające wymagania określone w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a