



Znak: AE/ZP-27-74/19

Tarnów, 2019-12-27


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach do wyboru L, XL?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartonik?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków wiązanych na troki?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60cm x 80cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80 x 210cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o perforacji co 38cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókny SMS?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 70cm x 120cm o obwodzie 140cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o rozmiarze 120cm x 35cm pakowana z taśmą samoprzylepną 10 x 50cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o rozmiarze 60cm x 30cm lub 80cm x 30cm pakowana z taśmą samoprzylepną 10 x 50cm ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17 i 21.** Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowe w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:
Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:
Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.



?


15. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:

Zestaw serwet do angiografii o minimalny składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety
- 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 100cm x 150cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².



?

16. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści 3 częściowy zestaw pokrowców składający się z:

- 1) Górna część z elastyczną gumką 100 x 160cm,
- 2) Dolna z elastyczną gumką 80 x 150cm,
- 3) 2 taśmy przylepne 3 x 100cm


17. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:

Zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.



18. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:

Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

19. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:


Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.



20. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem o wymiarach 23,5 cm x 23,5cm x 22,5cm x 33cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

21. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:


Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.




22. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet składający się z:

Obłożenie do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².



23. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

24. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 18** Czy Zamawiający dopuści osłonę okrągłą z gumką, w rozmiarze w stanie rozciągniętym – 85cm x 85cm, rozmiar osłanianej aparatury 50cm x 50cm?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 20** Czy Zamawiający dopuści osłonę na urządzenia z gumką w rozmiarze 70 cm x 80cm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 22** Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30 x 40cm?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 23** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:
Serweta do porodu:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².
Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².
1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 1-4, 7, 18** Czy Zamawiający wydzieli poz.1-4,7,18 do osobnego pakietu?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 10, 11** Czy zamawiający wydzieli poz.10,11 do osobnego pakietu?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści podanie cena za opakowanie a' 50 szt. z przeleczeniem zamawianych ilości?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 3, 4, 18** Czy Zamawiający dopuści podanie cena za opakowanie a' 100 szt. z przeleczeniem zamawianych ilości?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** Czy Zamawiający dopuści serwetę składaną pojedynczo pakowaną po 10 szt.?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** Czy Zamawiający dopuści podanie cena za opakowanie a' 10 szt. z przeleczeniem zamawianych ilości?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11** Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 34 cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów w rozmiarze L i XL i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tj. zaoferowane fartuchy winny być w rozmiarach co najmniej: L, XL, XXL

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza wycenę w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów z włókniny za opakowanie 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie, pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 1400 opakowań.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** masek operacyjnych pakowanych kartoniki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zbiorczego pakowania w folię.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** czepków wiązanych na troki.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** poszewek na poduszkę w rozmiarze 60 cm x 80 cm, zaoferowane poszewki winny mieć rozmiar 70-80 cm x 80 cm.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** prześcieradeł w rozmiarze 80 x 210cm, zaoferowane prześcieradła winny mieć rozmiar 210 - 240 cm x 90-100 cm.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 10** prześcieradeł z perforacją co 38 cm.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** koszul dla pacjenta wykonanych z włókniny SMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ, w tym: muszą być wkładane przez głowę, posiadać wymagane rozmiary oraz muszą być nieprzeźroczyste.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** koszul w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 70 cm x 120 cm o obwodzie 140 cm. Zaferowane koszule winny mieć wymiary określone w SIWZ

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** osłony na kończynę o rozmiarze 120 cm x 35 cm pakowanej z taśmą samoprzylepną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaferowana osłona jest w kształcie nogawki zaszytej na jednym końcu.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** osłony na kończynę o rozmiarze 60 cm x 30 cm, cm pakowanej z taśmą samoprzylepną, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym zaferowana osłona jest w kształcie nogawki zaszytej na jednym końcu.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 17 i 21** do osobnego pakietu.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** fartuchów foliowych w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt., to winien zaferować 90 opakowań.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** opisanego w pytaniu zestawu obłożeń uniwersalnych.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** opisanego w pytaniu zestawu serwet zabiegowych do angiografii.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 11** pokrowca opisanego w pytaniu.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 12** opisanego w pytaniu zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 13** opisanego w pytaniu zestawu serwet przeznaczonych do artroskopii kolana, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 13** opisanego w pytaniu zestawu serwet przeznaczonych do artroskopii kolana.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 14** opisanego w pytaniu zestawu serwet do zabiegu cesarskiego cięcia.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 15** opisanego w pytaniu zestawu serwet uniwersalnych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 16** opisanych w pytaniu obłożeń sterylnych do zabiegów ginekologicznych kroczykowych.

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 3 poz. 17** do osobnego pakietu.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 18** osłony opisaney w pytaniu.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 20** osłony w wymiarze 70 cm x 80 cm, pod warunkiem, że można ją założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby), a ponadto osłona spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 pozycji 22** kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 30x40 cm pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 23** serwety opisaney w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz.: 1-4, 7, 18** do osobnego pakietu.

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz.: 10, 11** do osobnego pakietu.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów z włókniny opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym: wykonane są z włókniny polipropylenowej, przejściowo wodoodpornej (tj. przy pierwszym kontakcie z płynem nie przemakają -

płyn zbiera się na powierzchni w postaci kropel), wiązany z na troki w talii i na szyi, jest w rozmiarach co najmniej: L, XL, XXL.

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów w rozmiarze L i XL i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tj. zaoferowane fartuchy winny być w rozmiarach co najmniej: L, XL, XXL

Ad. 32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów w rozmiarze uniwersalny, zaoferowane fartuchy winny mieć rozmiary określone w SIWZ.

Ad. 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów włókninowych, których rękaw zakończony jest mankietem z bawełnianym ściągaczem, zaoferowane fartuchy winny spełniać wymagania określone w SIWZ.

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza wycenę w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** masek operacyjnych za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem, że maski te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 50 szt. to winien zaoferować 640 opakowań.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza wycenę w **Pakiecie Nr 1 poz. 3-4** czepków, a w poz. 18 fartuchów foliowych za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości, pod warunkiem, że czepki i fartuchy będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 100 szt. to winien w **poz. 3** zaoferować 85 opakowań, w **poz. 4** 40 opakowań, a w **poz. 18** 90 opakowań.

Ad. 36 i 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** prześcieradeł składanych pojedynczo, pakowanych po 10 szt., pod warunkiem, że prześcieradła te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 2500 opakowań. Zamawiający dopuszcza wycenę w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** prześcieradeł składanych pojedynczo za opakowanie 10 szt., pod warunkiem, że prześcieradła te będą spełniały wymagania SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie podawał cenę za opakowanie zawierające 10 szt. to winien zaoferować 2500 opakowań.

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** prześcieradeł papierowych 2-warstwowe w roli z perforacją co 34 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a